

Qualitäts-Zertifikat / Calibration Certificate

Hersteller / Brand : Rahsol	Serien-Nr. / Serial number : 1055432
Gegenstand / Description : Drehmomentschlüssel Typ D - BUND	Toleranz / Tolerance : ± 3.0 %
Artikel-Nr. / Catalogue number : 5120-12-126-3169	Meßmittel / Testingmaschine : Typ 8612-010/PG1010.14
Meßbereich / Torque range : 140 N m - 760 N m	Meßbereich / Torque range : 20-1000 N·m

Meßwerte / Test Readings

Sollwert / Setting in N m	150	460	760
1. Prüfung / Reading	152.19	464.68	767.18
2. Prüfung / Reading	152.19	463.56	767.97
3. Prüfung / Reading	150.47	464.88	760.84
4. Prüfung / Reading	152.00	465.73	764.28
5. Prüfung / Reading	151.57	465.71	771.71

Ergebnisse / Results

Mittelwert / Average in N m	151.68	464.91	766.40
Abweichung / Variance	1.12%	1.07%	0.84%

Die Prüfung wurde nach DIN/ISO 6789 Ausgabe Dezember 1993 durchgeführt.

Testing procedures are in accordance with the December 1993 edition of DIN/ISO 6789.

Die Rückführung der Messmittel ist durch ein akkreditiertes Kalibrierlabor sichergestellt.

The accuracy of the results on the testingmaschine is assured by certification from an accredited calibration laboratory.

Zeugnis ist per EDV erstellt und ohne Unterschrift gültig.
 As this certificate is automatically produced, it requires no signature.

Solingen, den 14.06.2002

Verantwortlicher / Responsible : **Elsner**